

| Еженедельный лист задани Дата начало_ Дата окончания 23 10 2011 | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|----------|--|---|------------|----------------|
| Каждый день 17.10.2011 | | | | | | | | |
| Программа | | Понедельник 10/17 | Вторник 18 | Среда 19 | Четверг 20 | Пятница 21 | Суббота 22 | Воскресение 23 |
| Актинометрические датчики | Чистка датчиков, контроль затенения | ДОВ | ЗВА | ЗВА | ДОВ | ЛЛН | ЛЛН | ЛЛН |
| BSRN (Радиация) | Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных | ДОВ ТРЕККЕР НЕ РАБОТАЕТ Tracker not working | ЗВА | ЗВА | ДОВ 7 ⁰³ РЕСТАРТ ПК Restarted computer | ЛЛН (*) РАБОТАЮТ ВСЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ All ventilators working | ЛЛН | ЛЛН |
| SIMEL (Солнечный фотометр) | Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных | ДОВ Коррекция времени +16 сек | ЗВА | ЗВА | ДОВ | ДОВ | ЛЛН | ЛЛН |
| | | *) Выполнены рекомендации Роберта АЛБИ. Проверены предохранители кип зоны. Проверены провода управления поворотного устройства кип зоны. | | | | | | |
| Каждую неделю | | | | | | | | |
| Метан/CO2 | Проверка работы вентиляторов | Прибор на хранении. Instrument is in storage | | | | | | |

Clock
resetting
+ 16 sec

x) Robert Albee's recommendations are carried out.
fuses of the tracker are checked
Control cables of the Kipp + Zonen tracker are checked

| | | | |
|---|---|-----|--|
| Аэрозоль | Проверка экрана | KBO | |
| Аеталометр | Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты | KBO | Сген данных Data are copied |
| Озонометр | Калибровка озонометра Скачать данные | KBO | Калибровка не проводилась Calibration was not performed |
| Башня | Контроль данных: Sonics, Licor, Campbell, включен ли ПК и Башня (по звуку) | KBO | ПК включен Computer was turned on |
| CRN (Климат) | Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу | DOB | |
| BSRN Albedo (Отраженная радиация) | Чистка купола Проверка данных | DOB | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Flask Sample (Отбор проб воздуха) | Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции | ВЕД НОАА фляга # <u>1169-99</u> ✓ | НОАА фляга # <u>1438-99</u> ✓ | ГГО фляга # <u>1152-99</u> ✓ | ГГО фляга # <u>3966-99</u> ✓ |
| Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) | | Дата <u>17.10.2011</u> | Время <u>02-02³⁰</u> | Руководство ветра <u>240-2/4</u> | 21.10.2011 06 ¹⁵ 08 ³⁰ 220-3/5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| комментарии | По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621 | По всем вопросам башни обращаться Васа 8 | По всем вопросам башни Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться | | |