

Еженедельный лист заданий Дата начала\_ Дата окончания 9.07.2012 - 15.07.2012

Каждый день

Программа		Понедельник 9	Вторник 10	Среда 11	Четверг 12	Пятница 13	Суббота 14	Воскресение 15
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗВА	ХНЯ	ДОВ x)	ЗВА	ХНЯ x)	ЗВА	ДОВ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	ДОВ x)	ЗВА	ХНЯ	ЗВА	ДОВ
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	ДОВ x)	ЗВА	ХНЯ	ЗВА	ДОВ
		x) 01:45-02:15 отключение э. энергии (работа на линии специ листов ТЭЦ) 02:08 промышленный источник бесперебойного питания разрядился. Все станции остановлены 02:15-02:20 - запуск станций. x) 01:45 отключение э. энергии <b>Каждую неделю</b> (работы на линии) 02:05 разрядился UPS.						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВД Зависание Los Gatos. Перегрузка "los gatos" is frozen, restarted						

- x) 01:45-02:15 power off (external reason: live maintenance)
- 02:08 UPS is discharged, all stations were stopped
- 02:15-02:20 start of all stations
- x) 01:45 power shut down (electrical work at main live)
- 02:05 UPS is discharged

Аэрозоль	Проверка экрана	КВ0
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВ0
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВ0 Запуск 09.07.12 start at July 9, 2012
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВ0
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДСВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДСВ

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	BAE	НОАА фляга # 1832-99	НОАА фляга # 2525-99	ГГО фляга # _____	ГГО фляга # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)		Дата	Время	Руководство ветра	<p>9.07.2012 с 04:10 до 19:40 при южном (180°) направлении ветра наблюдалась метеоявления "дым". Пожары в южных районах Якутии.</p>	
		<p>From 04:10-19:40 smoke was observed during southern winds (180 degrees) This is associated with fires in South Yakutia</p>				
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2	По всем вопросам обращаться		<p>13.07 КВО Замена аккумуляторов на UPS (BSRN, CIMEL) Тех. обслуживание систем охлаждения системных блоков.</p> <p>July 13, 2012 batteries were replaced in UPS (BSRN, cimel) Technical service of cooling system units (computers?)</p>