

Еженедельный лист заданий Дата начало_Дата окончания 17.06.13 - 23.06.13.

Каждый день

Программа		Понедельник 17	Вторник 18	Среда 19	Четверг 20	Пятница 21	Суббота 22	Воскресение 23
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДШК	КАИ	ДШК	КАИ	ДШК	ДОВ	КАИ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ДШК	КАИ	ДШК	КАИ	ДШК	ДОВ	КАИ
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных		КАИ					
		1) Восстановлена работа UPS в здании «Метео» - 17.06.13. 2) Закончились фляги ГГО. с 24.06 отбор проб для ГГО только в металлические фляги. 3) 20.06. Отъезд со станции: Кустов, Богородский, Окрашевский. Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВД САП	Установлен новый вентилятор в кабине - 18.06.13. Installed new fan in cabin on June 18th, 2013					

- 1) UPS working beginning on June 17th, 2013 in MET station
- 2) Ran out of MGO flasks on June 24th, so now using metal flasks
- 3) On June 20th, 2013 Matt, Vasili, Peter left Tiksi

Аэрозоль	Проверка экрана	КВ0
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВ0
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВ0
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	Ф0В
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	Ф0В

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<input type="checkbox"/>	<p>17.06 - 90 ждс 18.06 - проба отобрана</p> <p>НОАА фляга # 1966-99 НОАА фляга # 1354-99 ГГО фляга # 1152-99 ГГО фляга # 3966-99</p> <p>мет: 2-10; 2-204.</p>		
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<input type="checkbox"/>	Дата	Время	Руководство ветра	
		<input type="checkbox"/>	<p>4/23.06:15³⁰ ³⁰ снова нарушена работа UPS в здании "Метео" - неправильная последовательность чередования фаз.</p> <p>4) UPS was interrupted on June 23rd at 15:19 and the phase sequence is now not correct.</p>		
		<input type="checkbox"/>			
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		